



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

РН-ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ

от 28.01.08г. № _____

Генеральному директору
ЗАО «Си Ай С-Контролс»
И.В. Ермилову
Копия ООО «Корпорация «БАСК»

Отзыв

по результатам эксплуатации системы измерения количества жидкости MTG.

Система измерения количества жидкости MTG производства компании Innovative Measurement Methods Inc., серийный номер CISUG-070716, эксплуатируется в ООО «РН-Юганскнефтегаз» с ноября 2007 г., установлена на РВС № 5б товарного парка ЦППН-2.

Система реализует гидростатический метод измерения и производит вычисление массы, объема, уровня, плотности, средней температуры жидкости в резервуаре.

За время эксплуатации сбоев, нарушений в работе системы MTG не было, система функционирует в штатном режиме. Использование системы MTG снизило трудозатраты на проведение работ по отбору проб из резервуара и их анализу, на проведение технического обслуживания и контроля метрологических характеристик других средств измерения уровней жидкости. Отзывы оперативного технологического персонала об удобстве использования системе MTG – положительные.

По результатам эксплуатации система измерения количества жидкости MTG рекомендована для использования в схемах учета нефти и жидкости на объектах ООО «РН-Юганскнефтегаз».

С уважением,

главный метролог ООО «РН-Юганскнефтегаз»



Косов В.С.

Исп. Иванов А.И.
Тел.(3463) 448721

Тел. (3461) 235-201
Факс. (3461) 228-951
E-mail: rn_yng@yungjsc.com

Адрес: 628309 ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Ленина, 26